

lehátko

GE2

výškově stavitelné
elektropohonem,
dvoudílná ložná plocha



**Ilustrační obrázek lehátka
s podhlavníkem 64 cm
(další varianty zobrazeny
na straně 4)**

Účel použití

Rehabilitační, vyšetřovací (masážní) lehátko je určeno na klinické i fyzikální vyšetření pacientů v ambulancích, ordinacích praktických i odborných lékařů. Může být doplněno o područky, které umožňují zavedení žilního vstupu. V rehabilitačních zařízeních slouží k provádění fyzioterapie. Je určeno pro pacienty nemocnic, léčeben, odborných léčebných ústavů, lázní, domovů pro seniory, maséren, wellnesů a dalších zařízení za nepřetržitého dohledu zdravotnického personálu. Lehátko je vhodné i do místností 1. pomoci.

Lehátko lze použít i při drobných chirurgických zákrocích bez narkózy, kdy je pacient při plném vědomí. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) třídy I nesterilní neměřící.

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Dvoudílná ložná plocha
- Výškově stavitelné elektropohonem
- S otvorem pro obličej včetně krycího víčka otvoru
- Výběr ovladače (1 ks v ceně):
 - ovladač ruční s magnetem umístěný na rámu nebo
 - nožní ovladač položený na podlaze
- Bezpečnostní krabička ve standardu
- Bezpečnostní spojka elektropohonu ve standardu
- Omyvatelná, otěru odolná a desinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Rozměry ložné plochy | standard 68x195 nebo rozšíření dle dohody na 78x195 a 83x195 (cm) |
| • Pohon | elektropohon |
| • Výšková stavitelnost | 45 cm – 90 cm |
| • Délka podhlavníku | 64 cm nebo 45 cm |
| • Naklopení podhlavníku 64 cm | 0° až + 60°, nadlehčený pomocí plynové pružiny |
| • Naklopení podhlavníku 45 cm | -50° až + 30°, nadlehčení pomocí plynové pružiny |
| • Tloušťka čalounění | 4 cm (2 cm pojený tužší molitan + 2 cm měkký PUR molitan) |
| • Nosnost lehátka / hmotnost | 170 kg / 65 kg |

Volitelné možnosti za příplatek

- možnost bez otvoru pro obličej (v tomto případě bude poskytnuta sleva)
- možnost přidání držáku na roli zdravotnické papírové podložky pod podhlavník
- možnost přidání naklápěcích područek
- možnost vyrobit šířku ložné plochy maximálně 83 cm (měřeno i s koženkou = celková šíře)
- možnost přidání centrálně ovládaných pojezdových koleček (nelze dodatečně dokoupit)
- možnost nahrazení obou ovladačů lištovým konstrukčním nerezovým ovladačem po obvodu lehátka



ROUSEK s. r. o.

Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 219 - kanceláře, výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují

www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767

Vzorník koženek



č. 10 světle béžový mramor



č. 14 žlutá



č. 27 světle zelená



č. 29 světlý tyrkys



č. 31 tyrkys



č. 41 modrá



č. 43 zelenomodrá



č. 45 modrofialová



č. 51 vínová



č. 81 bílá



č. 91 šedá




č. 93 lososová




č. 95 červená

Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012



RAL 6027



RAL 7035



RAL 1021



RAL 9006 „Metalíza“

Za příplatek 200 Kč bez DPH/lehátko



RAL 3020



RAL 6019

Lehátko GE2 s podhlavníkem 64 cm

Ilustrační obrázek



Lehátko GE2 s podhlavníkem 45 cm

Ilustrační obrázek

